작성부서		자재구매규격서	작성번호 : 20-구매-복계-
품 명		Gas Cooler 등 18품목	

1. 적용범위

본 규격서는 신평택 복합발전 질소산화물 분석기 Gas Cooler 등 18종 구매에 적용한다.

2. 적용표준

제작사 표준적용에 따름

3. 품명 및 규격

순번	품 명	규 격	단위	수량
1	Gas Cooler	SEC-2001B, SAEHAN HI-TECH	ea	4
2	Air Pump	APN-085VX1-E4, IWAKI	ea	2
3	Relay	HR705-4PL, KACON	ea	11
4	Dust Filter	SAHT-MF-P1-P, SEAH	ea	2
5	Flow Meter	VFA-23-SSV, DWYER	ea	4
6	Glass Tube Filter	SAHT-GTF-P2-S, SEAH	ea	2
7	Regulator	FR150-02-BG, 0.05~0.83MPa, KOGANEI	ea	2
8	Needle Valve	V15B-D-4T-S, 316SS, DK-LOK	ea	2
9	Solenoid Valve	6013-B-4.0, 24VDC, BURKERT	ea	4
10	Solenoid Valve	6013-A-3.0, 24VDC, BURKERT	ea	4
11	Drain Pump	SR25, THOMAS	ea	8
12	Solenoid Valve	WV121S122NV-I-1S-C2-U, PARKER	ea	8
13	NO CONVERTER	NCV-10, SAEHAN HI-TECH	ea	4

확 인

품 명	Gas Cooler 등 18품목	작성번호	20-구매-복계-

순번	품 명	규 격	단위	수량
14	테프론 튜브	1/4IN, PTFE, 100M/1롤, 화이트	롤	1
15	Check Valve	V33A-D-6M-1/3-S, DK-LOK	ea	2
16	Check Valve	V33A-D-4T-1/3-S, DK-LOK	ea	2
17	온도 조절기	TK4S-T4RN, AUTONICS	ea	2
18	터치 스크린	XP50-TTA	ea	2

4. 공급범위

4.1 본 규격서에 명시된 제품 또는 동등품 이상의 호환 가능 한 제품으로 공급한다.

4.2 구매품에 대한 하자 발생 시 발주자의 요구사항에 대하여 조치해야 한다.

4.3 포장

(1) 면에는 다음사항을 명시하여야 한다.

- 품명 및 규격, 수량, 제작사, 제조년/월/일 등

(2) 포장 개봉 시 발주자 입회하에 위 사항을 확인 후 개봉하여야 한다.

4.4 운반

(1) 운송과정에서 손상된 기자재는 인수되지 않으며 즉시 계약상대자 부담으로 다시 납품하여야 한다.

(2) 운반 중 충격을 흡수, 흔들림을 방지할 수 있도록 조치하여야 한다.

5. 제작설명 및 특기사항

5.1 일반사항

계약상대자는 자재구매규격 사항을 만족하여야 하고 의문사항 있을 시 발주자와 즉시 협의 후 제작 및 공급하여야 한다.

5.2 특기사항

납품되는 물품은 기존 설비의 개조나 수정 없이 사용 될 수 있어야 한다.

6. 품질보증

계약상대자는 제작, 구매에 적합한 품질경영시스템(ISO 9001 :2008)을 보유 및 유지하여야 하며, 공급하는 제품에 대한 품질보증을 위해 전사 품질보증시방서 [계약특수조건 : 제작 · 구매 분야]에 따라 품질보증 활동을 이행하여야 한다.

확 인

품 명	Gas Cooler 등 18품목	작성번호	20-구매-복계-

7. 시험 및 검사

자재 납품 시 제품규격 및 외관검사, 수량검사 시행

8. 납기 : 계약 후 90일 이내

9. 검수

제품이 신평택발전의 지정한 장소에 반입된 후 자재구매규격서와 규격이 일치하고, 외관상 결함이 없을 때 검수 완료 된 것으로 한다.

10. 하자기간

10.1 하자기간 : 검수 완료 후 1년간

10.2 하자요건

하자기간 중 운영상 문제 발생시 관련제품을 하자로 보며 계약상대자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

11. 납품장소 : 신평택발전 자재창고. 끝.

확 인